

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕСТ-СИСТЕМЫ

«Горбуша-Кета-Нерка»

Только для исследовательских и иных немедицинских целей

АмплиСенс®



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии»,
Российская Федерация, 111123,
город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А

RUO

Только для исследовательских и
иных немедицинских целей

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..... | 3 |
| НАЗНАЧЕНИЕ | 3 |
| ПРИНЦИП МЕТОДА | 3 |
| ФОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ..... | 4 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 4 |
| СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 6 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ..... | 6 |
| ВЗЯТИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА | 9 |
| ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСТРАКЦИИ ДНК | 10 |
| ФОРМА 1 («ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F) | 11 |
| СОСТАВ | 11 |
| ПРОВЕДЕНИЕ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ..... | 11 |
| ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ..... | 11 |
| АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» | 12 |
| А. Подготовка проб для проведения амплификации | 12 |
| Б. Проведение амплификации с детекцией в режиме «реального времени», анализ результатов | 13 |
| В. Интерпретация результатов | 13 |
| СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ..... | 16 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ..... | 16 |
| СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ..... | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1..... | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2..... | 22 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей инструкции применяются следующие сокращения и обозначения:

| | |
|--|--|
| ВКО-G | - экзогенный внутренний контрольный образец |
| ГМ | - генетически модифицированный |
| ДНК | - дезоксирибонуклеиновая кислота |
| K+ | - положительный контроль ПЦР |
| K- | - отрицательный контроль ПЦР |
| ОК | - отрицательный контроль экстракции |
| ОКО | - отрицательный контрольный образец |
| ПЦР | - полимеразная цепная реакция |
| ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора | - Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| FRT | - флуоресцентная детекция в режиме «реального времени» |

НАЗНАЧЕНИЕ

Тест-система «Горбуша-Кета-Нерка» не является медицинским изделием. Тест-система предназначена для выявления и дифференциации ДНК митохондриального генома рыб *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus nerka* в исследуемом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».

Материалом для проведения ПЦР служат пробы ДНК, экстрагированные из исследуемого материала.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Принцип тестирования основывается на экстракции ДНК из образцов исследуемого материала совместно с экзогенным внутренним контрольным образцом (ВКО-G) и одновременной амплификации участков ДНК *Oncorhynchus gorbuscha*, ДНК *Oncorhynchus keta*, ДНК *Oncorhynchus nerka* и ДНК ВКО-G с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. ВКО-G позволяет контролировать все этапы ПЦР-исследования для каждого образца и оценивать влияние ингибиторов на результаты ПЦР-исследования.

Амплификация участков ДНК проводится при помощи специфичных к этим участкам праймеров и фермента Taq-полимеразы. В составе реакционной смеси присутствуют флуоресцентно-меченые олигонуклеотиды, комплементарные участкам амплифицируемых ДНК-мишеней, что позволяет

регистривать накопление специфического продукта амплификации путем измерения интенсивности флуоресцентного сигнала с помощью амплификатора с системой детекции в режиме «реального времени».

На этапе амплификации одновременно в одной пробирке проводится амплификация четырех ДНК-мишеней. Результаты амплификации регистрируются по четырем различным каналам флуоресцентной детекции (см. табл. 1):

Таблица 1

| Канал для флуорофора | FAM | JOE | ROX | Cy5 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| ДНК-мишень | ДНК <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> | ДНК <i>Oncorhynchus keta</i> | ДНК <i>Oncorhynchus nerka</i> | ВКО-G |

ФОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Форма 1 предназначена для проведения реакции амплификации ДНК митохондриального генома рыб рода *Oncorhynchus* с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения полного ПЦР-исследования необходимо использовать комплекты реагентов для экстракции ДНК, рекомендованные Изготовителем.

Форма 1 рассчитана на проведение 55 реакций, амплификации включая контроли.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работа должна проводиться в лаборатории, выполняющей молекулярно-биологические (ПЦР) исследования, с соблюдением требований методических указаний МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности».

Тест-система предназначена для одноразового применения для проведения ПЦР-исследования указанного количества проб (см. раздел «Состав»).

Тест-система готова к применению согласно данной инструкции. Применять тест-систему строго по назначению.

При работе необходимо всегда выполнять следующие требования:

- Температура в помещении лаборатории от 20 до 28 °С, относительная влажность от 15 до 75%.

- Лабораторный процесс должен быть однонаправленным. Анализ проводится в отдельных помещениях (зонах). Работу следует начинать в Зоне Экстракции, продолжать в Зоне Амплификации и Детекции. Не возвращать образцы, оборудование и реагенты в зону, в которой была проведена предыдущая стадия процесса.
- Использовать и менять при каждой операции одноразовые наконечники для автоматических дозаторов с фильтром¹.
- Посуда (ступки и пестики), использованная для гомогенизации продуктов, выдерживается в растворе дезинфицирующего средства в течение одного часа или в растворе хромовой смеси в течение 30 мин, моется водопроводной водой с поверхностно-активными моющими средствами и после отмывания в проточной и деионизованной воде высушивается в сухожаровом шкафу в течение 4 ч при температуре 180 °С. Металлические инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты) фламбируют, т.е. обрабатывают спиртом и обжигают в пламени горелки.
- Поверхности столов, а также помещения, в которых проводится постановка ПЦР, до начала и после завершения работ необходимо подвергать ультрафиолетовому облучению в течение 30 мин.
- Не использовать тест-систему, если нарушена внутренняя упаковка, или внешний вид реагента не соответствует описанию.
- Не использовать тест-систему, если не соблюдались условия транспортирования и хранения согласно инструкции.
- Не использовать тест-систему по истечении срока годности.
- Использовать одноразовые неопудренные перчатки, лабораторные халаты, защищать глаза во время работы с образцами и реагентами. Тщательно вымыть руки по окончании работы. Все операции проводятся только в перчатках для исключения контакта с организмом человека.
- Избегать вдыхания паров, контакта с кожей, глазами и слизистой оболочкой. Вреден при проглатывании. При контакте немедленно промыть пораженное место водой, при

¹ Для удаления надосадочной жидкости с помощью вакуумного отсасывателя используются одноразовые наконечники без фильтра.

необходимости обратиться за медицинской помощью.

При использовании по назначению и соблюдении вышеперечисленных мер предосторожности тест-система безопасна.

Сведения о безопасности тест-системы доступны по запросу.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, использованные реагенты, упаковку², биологический материал, а также материалы, инструменты и предметы, загрязненные биологическим материалом, следует удалять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВНИМАНИЕ! При удалении отходов после амплификации (пробирок, содержащих продукты ПЦР) недопустимо открывание пробирок и разбрызгивание содержимого, поскольку это может привести к контаминации продуктами ПЦР лабораторной зоны, оборудования и реагентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Взятие исследуемого материала

1. Контейнер пластиковый для взятия, хранения и транспортировки биологических образцов объемом 50-60 мл, стерильный (например, ООО «Комбитек Пластик», Россия, или аналогичный).
2. Одноразовые полипропиленовые плотно закрывающиеся пробирки объемом 2,0 мл (например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк.»), США, или аналогичные).
3. Одноразовые полиэтиленовые пакеты с застежкой Zip-lock (например, ООО «Промсервис», Россия, или аналогичные).
4. Отдельные для каждой пробы инструменты (пинцеты, скальпели, ножницы).

² Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, использованные реагенты, упаковка относятся к классу опасности медицинских отходов Г.

5. Одноразовые перчатки.

Предварительная подготовка исследуемого материала

6. Отдельные для каждой пробы инструменты (пинцеты, скальпели, ножницы).
7. Фарфоровая ступка с пестиком или гомогенизатор.
8. Измельчитель/мельница или блендер.
9. Одноразовые полиэтиленовые пакеты с застежкой Zip-lock (например, ООО «Промсервис», Россия, или аналогичные).
10. Контейнер пластиковый для взятия, хранения и транспортировки биологических образцов объемом 50-60 мл, стерильный (например, ООО «Комбитек Пластик», Россия, или аналогичный).
11. Одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно закрывающиеся пробирки на 1,5 мл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).
12. Завинчивающиеся крышки к пробиркам (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк.»), США, или аналогичные).
13. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром до 100, до 200, до 1000 и до 5000 мкл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).
14. Штативы для пробирок объемом 1,5 мл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).
15. Автоматические дозаторы переменного объема (например, ООО «Биохит», Россия, или аналогичные).
16. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 до минус 16 С.
17. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки.
18. Одноразовые пластиковые контейнеры для сброса и инактивации материалов.

Экстракция ДНК из исследуемых образцов

19. Комплект реагентов для экстракции ДНК – «ДНК-сорб-С-М» или другие, рекомендованные Изготовителем.
20. Дополнительные материалы и оборудование для экстракции ДНК – согласно инструкции к комплекту реагентов для экстракции ДНК.

Амплификация с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации

21. Одноразовые полипропиленовые пробирки:

- а) завинчивающиеся или плотно закрывающиеся пробирки объемом 1,5 мл (например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные) для приготовления реакционной смеси;
- б) тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с выпуклой или плоской оптически прозрачной крышкой или пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт. с прозрачными крышками (например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные) – при использовании прибора планшетного типа;
- в) тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с плоской крышкой (например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные) – при использовании прибора роторного типа.

22. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром до 200 мкл (например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк»), США).

23. Штативы для пробирок объемом 0,2 мл или 0,1 мл (например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).

24. Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс) (например, «БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.», ЗАО «Ламинарные системы», Россия, или аналогичный).

25. Вортекс (например, SIA Biosan, Латвия, или аналогичный).

26. Автоматические дозаторы переменного объема (например, ООО «Биохит», Россия, или аналогичные).

27. Программируемый амплификатор с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени», имеющий 4 или более независимых каналов флуоресцентной детекции (например, Rotor-Gene Q, (QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия), или iCycler iQ или iQ5, Bio-Rad, США) и другие, рекомендованные Изготовителем).

28. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 °С до минус 16 °С.

29. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки.

30. Емкость для сброса наконечников.

ВЗЯТИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Материалом для исследования служат:

- Рыба;
- Рыбные продукты;
- Икра.

Отбор проб проводят согласно действующим национальным стандартам и другим регламентирующим документам, устанавливающим порядок отбора проб для однородных групп пищевого сырья, продуктов питания и кормов.

При отборе образцов соблюдают меры по предотвращению их загрязнения или изменения их состава.

Отбор образцов проводят с использованием одноразовых перчаток, одноразовых или фламбированных инструментов, одноразовых герметично закрывающихся пластиковых контейнеров или пакетов.

Пробы отбирают в одноразовый плотный полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией размером не более 10x15 см или в чистые емкости из стекла или пластика с герметично закрывающимися крышками объемом не более 50 мл, используя одноразовые перчатки и фламбированные (выдержанные в 96 % этаноле и обожженные в пламени газовой горелки) инструменты, опечатывают и отправляют на анализ. Каждый образец отбирают отдельным набором инструментов.

Образцы сырья и продуктов рекомендуется хранить в течение 1 мес (при необходимости повторного анализа) согласно условиям, указанным изготовителем продукта питания. Образцы скоропортящихся продуктов рекомендуется хранить в замороженном состоянии (при температуре не выше минус 16 °С) в течение 1 мес (при необходимости повторного анализа).

Транспортирование образцов осуществляют при температуре, рекомендованной для хранения сырья или пищевого продукта. Длительность транспортирования не должна превышать сроков годности продукта.

ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСТРАКЦИИ ДНК

При подготовке проб должны быть приняты все меры по предотвращению загрязнения лабораторной пробы и изменения ее состава. Перед отбором пробы для анализа вся лабораторная проба должна быть гомогенизирована.

Для подготовки проб к гомогенизации необходимо использовать одноразовые или фламбированные инструменты (пинцеты, скальпели, ножницы).

Пробы плотных продуктов, сухих гранулированных и сыпучих продуктов измельчают с использованием автоматических мельниц или блендеров. Для гомогенизации остальных продуктов используют автоматические гомогенизаторы или фарфоровые ступки и пестики.

Из полученных гомогенатов проводят экстракцию ДНК. Для этого гомогенаты отбирают в одноразовые пластиковые пробирки (емкостью 1,5 мл) в количестве 30-100 мг (что соответствует объему 30-50 мкл в градуированной пробирке). Продукты жидкой консистенции отбирают для экстракции в объеме 100 мкл.

Допускается хранение гомогенатов согласно условиям, рекомендованным для хранения сырья или пищевого продукта.

ФОРМА 1 («ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F)**СОСТАВ**

«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F – комплект реагентов для амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» – включает:

| Реагент | Описание | Объем, мл | Количество |
|------------------------------------|---|-----------|------------|
| ПЦР-смесь-FL Горбуша/Кета/Нерка | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-лилового цвета | 0,6 | 1 пробирка |
| ПЦР-буфер-С | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,42 | 1 пробирка |
| Полимераза (TaqF) | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,03 | 1 пробирка |
| К+ Горбуша/Кета | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,1 | 1 пробирка |
| К+ Нерка/ВК | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,1 | 1 пробирка |
| К– | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,2 | 1 пробирка |
| ОКО | Прозрачная бесцветная жидкость | 1,2 | 1 пробирка |
| ВКО-G | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,6 | 1 пробирка |

Комплект реагентов рассчитан на 55 реакций амплификации, включая контроли.

Реагенты комплекта упакованы отдельно в соответствии с температурой хранения (см. раздел «Хранение»). Комплект реагентов состоит из 2-х частей: 1) температура хранения от 2 до 8 °С; 2) температура хранения от минус 24 до минус 16 °С.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЦР-исследование состоит из следующих этапов:

- экстракция ДНК из исследуемых образцов,
- амплификация ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»,
- анализ и интерпретация результатов.

ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Для экстракции ДНК используется комплект реагентов «ДНК-сорб-С-М». Порядок работы с комплектом реагентов «ДНК-сорб-С-М» смотрите в инструкции к комплекту реагентов для экстракции.

Объемы реагентов и образцов при экстракции с помощью комплекта реагентов «ДНК-сорб-С-М»:

Экстракция ДНК из каждого исследуемого образца и контролей проводится в присутствии внутреннего контрольного

образца – **ВКО-Г**.

Объем ВКО – **10 мкл** в каждую пробирку.

Объем исследуемого образца для продуктов жидкой консистенции – **100 мкл**, для гомогенатов – **30-100 мг** (что соответствует объему **30-50 мкл** в градуированной пробирке емкостью 1,5 мл).

В пробирку отрицательного контроля экстракции (ОК) внести **100 мкл ОКО**.

Объем элюции – **100 мкл**.

АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

А. Подготовка проб для проведения амплификации

Выбор пробирок для проведения ПЦР зависит от используемого амплификатора с системой детекции в режиме «реального времени».

ВНИМАНИЕ! При работе с приборами роторного типа не допускается использование стрипованных пробирок объемом 0,1 мл.

Для внесения в пробирки реагентов, проб ДНК и контрольных образцов используются одноразовые наконечники с фильтрами.

Общий объем реакции - 25 мкл, объем пробы ДНК – 10 мкл.

1. Разморозить пробирку с ПЦР-смесью-FL Горбуша/Кета/Нерка, перемешать на вортексе и сбросить капли с помощью кратковременного центрифугирования.
2. Для проведения N реакций смешать в отдельной пробирке ПЦР-смесь-FL Горбуша/Кета/Нерка, ПЦР-буфер-С, полимеразу (TaqF) из расчета на каждую реакцию:
 - **10 мкл ПЦР-смеси-FL Горбуша/Кета/Нерка;**
 - **5 мкл ПЦР-буфера-С;**
 - **0,5 мкл полимеразы (TaqF).**
3. Перемешать смесь на вортексе, осадить кратковременным центрифугированием и внести по **15 мкл** в пробирки.
4. Используя наконечник с фильтром, в подготовленные пробирки добавить по **10 мкл ДНК** исследуемых образцов.

ВНИМАНИЕ! При добавлении проб ДНК, экстрагированной с помощью комплектов реагентов для проведения экстракции

методом сорбции на силикагеле, необходимо избегать попадания сорбента в реакционную смесь.

5. Поставить контрольные реакции:

- а) **отрицательный контроль ПЦР (К–)** - в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл К–**.
- б) **положительный контроль (К1+)** – в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл К+ Горбуша/Кета**.
- в) **положительный контроль (К2+)** – в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл К+ Нерка/ВК**.
- г) **отрицательный контроль экстракции (ОК)** – в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл** пробы, экстрагированной из ОКО.

Б. Проведение амплификации с детекцией в режиме «реального времени», анализ результатов

Порядок работы с помощью приборов **Rotor-Gene 3000/6000** (Corbett Research, Австралия) и **Rotor-Gene Q** (QIAGEN, Германия) см. **Приложение 1**.

Порядок работы с помощью приборов **iCycler iQ5** и **iCycler iQ** (Bio-Rad, США) см. **Приложение 2**.

В. Интерпретация результатов

Анализируют кривые накопления флуоресцентного сигнала, свидетельствующего о накоплении продукта амплификации, по четырем каналам:

Таблица 2

| Канал для флуорофора | FAM | JOE | ROX | Cy5 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Продукт амплификации | ДНК <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> | ДНК <i>Oncorhynchus keta</i> | ДНК <i>Oncorhynchus nerka</i> | ДНК ВКО-G |

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции S-образной (сигмообразной) формы с установленной на соответствующем уровне пороговой линией, что определяет наличие (или отсутствие) для данной пробы ДНК значения порогового цикла (*C_t*) в соответствующей графе таблицы результатов.

Принцип интерпретации результатов следующий:

Таблица 3

Интерпретация результатов анализа исследуемых образцов

| Значение порогового цикла <i>Ct</i> по каналу для флуорофора | | | | Результат |
|--|---|---|---|--|
| FAM | JOE | ROX | Cy5 | |
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | <u><i>Ct</i> ≤ 35</u> | ДНК <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , ДНК <i>Oncorhynchus keta</i> , ДНК <i>Oncorhynchus nerka</i> НЕ обнаружена |
| <u><i>Ct</i> ≤ 35</u> | определено или отсутствует | определено или отсутствует | определено или отсутствует | ДНК <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> обнаружена |
| определено или отсутствует | <u><i>Ct</i> ≤ 35</u> | определено или отсутствует | определено или отсутствует | ДНК <i>Oncorhynchus keta</i> обнаружена |
| определено или отсутствует | определено или отсутствует | <u><i>Ct</i> ≤ 35</u> | определено или отсутствует | ДНК <i>Oncorhynchus nerka</i> обнаружена |
| отсутствует или <u><i>Ct</i> > 35</u> | отсутствует или <u><i>Ct</i> > 35</u> | отсутствует или <u><i>Ct</i> > 35</u> | отсутствует или <u><i>Ct</i> > 35</u> | Невалидный* |
| <u><i>Ct</i> > 35</u> | <u><i>Ct</i> > 35</u> | <u><i>Ct</i> > 35</u> | <u><i>Ct</i> ≤ 35</u> | Сомнительный** |

* В случае получения **невалидного результата** необходимо провести повторное ПЦР-исследование соответствующего исследуемого образца, начиная с этапа экстракции ДНК.

** В случае получения **сомнительного результата** необходимо провести повторное ПЦР-исследование соответствующего исследуемого образца, начиная с этапа экстракции. В случае повторения аналогичного результата образец считать положительным. При получении отрицательного результата в повторной постановке образец считать сомнительным и рекомендовать повторное взятие материала для анализа.

Результат ПЦР-исследования считается достоверным, если получены правильные результаты для контролей этапов экстракции и амплификации ДНК, в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Результаты для контролей различных этапов ПЦР-исследования

| Конт- роль | Контролируемый этап ПЦР- исследования | Значение порогового цикла C_t по каналу для флуорофора | | | |
|---------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | FAM | JOE | ROX | Sy5 |
| OK | Экстракция ДНК | отсутствует | отсутствует | отсутствует | <u>$C_t < 35$</u> |
| K- | ПЦР | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| K1+ | ПЦР | <u>$C_t \leq 30$</u> | <u>$C_t \leq 30$</u> | отсутствует | отсутствует |
| K2+ | ПЦР | отсутствует | отсутствует | <u>$C_t \leq 30$</u> | <u>$C_t \leq 30$</u> |

Возможные ошибки:

1. Для положительного контроля ПЦР (K1+) значение порогового цикла (C_t) по каналам для флуорофоров FAM и/или JOE отсутствует или превышает граничное значение (см. табл. 4). Необходимо повторить амплификацию и детекцию для всех образцов.
2. Для положительного контроля ПЦР (K2+) значение порогового цикла (C_t) по каналам для флуорофоров ROX и/или Sy5 отсутствует или превышает граничное значение (см. табл. 4). Необходимо повторить амплификацию и детекцию для всех образцов.
3. Для отрицательного контроля экстракции (OK) по каналам для флуорофоров FAM, JOE и ROX определено значение порогового цикла (C_t). Вероятна контаминация лаборатории продуктами амплификации или контаминация реагентов, исследуемых образцов на каком-либо этапе ПЦР-исследования. Необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить ПЦР-исследование для всех образцов, в которых обнаружена специфическая ДНК, начиная с этапа экстракции ДНК.
4. Для отрицательного контроля ПЦР (K-) по каналам для флуорофоров FAM и/или JOE, и/или ROX, и/или Sy5 определено значение порогового цикла (C_t). Вероятна контаминация лаборатории продуктами амплификации или контаминация реагентов, исследуемых образцов на каком-либо этапе ПЦР-исследования. Необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить амплификацию и детекцию для всех образцов, в которых обнаружена специфическая ДНК.

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Срок годности. 15 мес. Тест-система с истекшим сроком годности применению не подлежит. Срок годности вскрытых реагентов соответствует сроку годности, указанному на этикетках для невскрытых реагентов, если в инструкции не указано иное.

Транспортирование. Тест-систему транспортировать при температуре от 2 до 8 °С не более 5 сут в термоконтейнерах, содержащих хладоэлементы, всеми видами крытых транспортных средств.

Хранение.

Форма 1. «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F, хранить при температуре от 2 до 8 °С, кроме полимеразы (TaqF), ПЦР-смеси-FL Горбуша/Кета/Нерка и ПЦР-буфера-С. Полимеразу (TaqF), ПЦР-буфер-С и ПЦР-смесь-FL Горбуша/Кета/Нерка хранить при температуре от минус 24 °С до минус 16 °С. ПЦР-смесь-FL Горбуша/Кета/Нерка хранить в защищенном от света месте.

Холодильные и морозильные камеры должны обеспечивать регламентированный температурный режим.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие основных параметров и характеристик тест-системы требованиям, указанным в технической и эксплуатационной документации, в течение указанного срока годности при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и применения.

Рекламация на качество тест-системы направлять по адресу 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 3А, e-mail: obtk@pcr.ru³.

³ Отзывы и предложения о продукции «АмплиСенс» вы можете оставить, заполнив анкету потребителя на сайте: www.amplisens.ru.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | Номер по каталогу |  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Код партии |  | Содержимого достаточно для проведения n-количества тестов |
|  | Только для исследовательских и иных немедицинских целей |  | Использовать до |
|  | Дата изменения |  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Температурный диапазон |  | Не допускать воздействия солнечного света |
|  | Изготовитель |  | Дата изготовления |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОВЕДЕНИЕ АМПЛИФИКАЦИИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett Research, Австралия) и Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ), Германия)

Для работы с прибором Rotor-Gene 3000 следует использовать программу Rotor-Gene версии 6, с прибором Rotor-Gene 6000 и Rotor-Gene Q - программу Rotor-Gene 6000 версии 1.7 (build 67) или выше.

Далее по тексту термины, соответствующие разным версиям приборов и программного обеспечения указаны в следующем порядке: для прибора Rotor-Gene 3000 / для англоязычной версии программы Rotor-Gene 6000/Q / для русскоязычной версии программы Rotor-Gene 6000/Q.

Проведение амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала

1. Включить прибор, запустить программу Rotor-Gene.
2. Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в ротор амплификатора, начиная с ячейки номер 1 (ячейки ротора пронумерованы, эти номера используются в дальнейшем для программирования положения проб в амплификаторе), установить ротор в прибор, закрыть крышку.

ВНИМАНИЕ! Лунка 1 обязательно должна быть заполнена какой-либо исследуемой пробиркой (*не пустой*).

3. Запрограммировать прибор согласно инструкции изготовителя прибора.
4. Нажать кнопку **New/Новый** в основном меню программы. Для создания шаблона в открывшемся окне **New Run/Новый тест** следует выбрать вкладку **Advanced/Детальный мастер**.
5. Во вкладке выбрать шаблон запуска эксперимента **TwoStep/Hidrolysis Probes/Двухшаговый цикл**. Нажать кнопку **New/Новый**.
6. В открывшемся окне выбрать ротора на 36 лунок **36-Well Rotor/36-луночный ротор** и поставить галочку напротив позиции **No Domed 0.2 ml Tubes /Locking ring attached/Кольцо закреплено**. Нажать кнопку **Next/Далее**.

7. В открывшемся окне задать оператора и выбрать объем реакционной смеси: **Reaction volume/Объем реакции – 25 мкл.** Установить галочку напротив позиции **15 µl oil layer volume/15 µL объем масла/воска.** Нажать кнопку **Next/Далее.**
8. В окне **New Run Wizard/Мастер Нового Теста** необходимо задать температурный профиль эксперимента. Для этого нажать кнопку **Edit profile/Редактор профиля** и задать программу амплификации:

| Цикл | Температура, °C | Время | Измерение флуоресценции | Кол-во циклов |
|------------------------------|-----------------|--------|---|---------------|
| Hold/ Удерж. температуры | 95 | 15 мин | — | 1 |
| Cycling 1/ Циклирование 1 | 95 | 10 с | — | 5 |
| | 60 | 20 с | — | |
| | 72 | 10 с | — | |
| Cycling 2/ Циклирование 2 | 95 | 10 с | — | 40 |
| | 60 | 20 с | FAM/Green, JOE/Yellow, ROX/Orange, Cy5/Red | |
| | 72 | 10 с | — | |

9. Нажать дважды кнопку **OK/Да.**
10. В окне **New Run Wizard/Мастер Нового Теста** нажать кнопку **Calibrate/Gain Optimisation/Опт. уровня сигн.** В открывшемся окне **Auto Gain Calibration Setup/Авто-оптимизация уровня сигнала** нажать кнопку **Calibrate Acquiring/Optimise Acquiring/Опт. Демек-мых**, пометить галочкой бокс в строке **Perform Calibration Before 1st Acquisition/Perform Optimisation Before 1st Acquisition/Выполнить оптимизацию при 1-м шаге детекции.** Для всех красителей нужно указать в графе **Min Reading/Миним. Сигнал** – значение 5, а в графе **Max Reading/Максим. Сигнал** – значение 10. В графе **Tube position/Позиция Пробирки** указан номер пробирки, по которой будет автоматически выбран параметр **gain/усиление сигнала**, по умолчанию это 1-я пробирка в роторе. Поэтому в 1-ую позицию в роторе должна ставиться пробирка с реакционной смесью. Закрыть окно **Auto Gain Calibration Setup/Авто-оптимизация уровня сигнала**, нажав кнопку **Close/Заккрыть.**

11. Нажать кнопку **Next/Далее**, запустить амплификацию кнопкой **Start run/Старт**.

12. Дать название эксперимента и сохранить его на диске (в этом файле будут автоматически сохранены результаты данного эксперимента).

В процессе работы амплификатора или по окончании его работы необходимо запрограммировать положение пробирок в роторе. Для этого надо использовать кнопку **Edit samples/Правка образцов** (в нижней правой части основного окна). Все исследуемые образцы и контроли обозначить как **Unknown/Образец**.

Анализ результатов

Анализ результатов амплификации (канал FAM/Green):

1. Нажать в меню кнопку **Analysis/Анализ**, выбрать режим анализа **Quantitation/Количественный**, нажать кнопку **Cycling A. FAM/Cycling A. Green, Show/Показать**.
2. Выбрать линейную шкалу графического изображения результатов, нажав кнопку **Linear scale/Линейная шкала**, в нижней части окна справа (если эта шкала активна по умолчанию, вместо кнопки **Linear scale/Линейная шкала** видна кнопка **Log scale/Лог.шкала**).
3. Отменить автоматический выбор **Threshold/Порог**.
4. В меню основного окна **Quantitation analysis/Количественный анализ** должна быть активирована кнопка **Dynamic tube/Динамич.фон** и **Slope Correct/Коррект.уклона**.
5. В меню **CT Calculation/Вычисление CT** (в правой части окна) выставить уровень пороговой линии **Threshold/Порог = 0.05**.
6. Выбрать параметр **More settings/Outlier Removal/Устранение выбросов** установить значение порога отрицательных проб (**NTC threshold /Порог Фона - ПФ (NTC)**) - равным **10 %**.
7. В таблице результатов (окно **Quant. Results/Количественные Результаты**) появятся значения **Ct**.

Анализ результатов по каналам JOE/Yellow, ROX/Orange и Cy5/Red провести аналогично анализу результатов по каналу

FAM/Green в соответствии с настройками, указанными в таблице ниже.

| Канал | <i>Threshold/ Порог</i> | <i>Dynamic tube/ Динамич.фон</i> | <i>Slope Correct/ Коррект. уклона</i> | <i>More Settings/Outlier Removal/ Устранение выбросов</i> |
|--------------|------------------------------------|---|--|--|
| FAM/Green | 0,05 | включена | включена | 10% |
| JOE/Yellow | 0,1 | включена | включена | 10% |
| ROX/Orange | 0,1 | включена | включена | 10% |
| Cy5/Red | 0,05 | включена | включена | 10% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОВЕДЕНИЕ АМПЛИФИКАЦИИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ iCycler iQ и iCycler iQ5 (Bio-Rad Laboratories, Inc. («Био-Рад Лабораториз, Инк.»), США)

Проведение амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала

1. Включить прибор и блок питания оптической части прибора. Проводить измерения не менее, чем через 30 мин после включения оптической части прибора.
2. Открыть программу iCycler.
3. Задать схему планшета - расположение пробирок в модуле и измерение флуоресцентного сигнала во всех пробирках:
 - Для прибора **iCycler iQ5** в окне **Selected Plate Setup** модуля **Workshop** нажать кнопку **Create New** или **Edit**. Редактировать схему планшета в режиме **Whole Plate loading**. В опции **Select and load Fluorophores** задать измерение флуоресцентного сигнала во всех пробирках по каналам **FAM, JOE, ROX и Cy5**. Задать объем реакции (**Sample Volume**) 25 мкл, тип крышек (**Seal Type**): **Domed Cap**, тип пробирок (**Vessel Type**): **Tubes**. Сохранить заданную схему планшета, нажав кнопку **Save&Exit Plate Editing**.
 - Для прибора **iCycler iQ** отредактировать схему планшета в окне **Edit Plate Setup** модуля **Workshop**. Для этого в опции **Samples: Whole Plate Loading** задать схему расположения образцов в реакционном модуле и указать имя каждой пробы в окне **Sample Identifier**. В опции **Select and load Fluorophores** задать измерение флуоресцентного сигнала во всех пробирках по каналам **FAM, JOE, ROX и Cy5**. Сохранить схему планшета, задав имя файла в окне **Plate Setup Filename** (с расширением .pts) и нажав кнопку **Save this plate setup** (в верхней части экрана). Можно редактировать уже использованный ранее **Plate Setup**, для этого в окне **Library** открыть **View Plate Setup**, выбрать нужный **Plate Setup** (файл с расширением .pts) и нажать кнопку **Edit** справа. Отредактированный файл нужно также сохранить перед использованием. Назначить использование данной схемы планшета, нажав кнопку **Run with selected protocol**.

4. Задать программу амплификации

| Цикл | Температура, °C | Время | Измерение флуоресценции | Кол-во циклов |
|------|-----------------|--------|-------------------------|---------------|
| 1 | 95 | 15 мин | — | 1 |
| 2 | 95 | 10 с | — | 5 |
| | 60 | 25 с | — | |
| | 72 | 25 с | — | |
| 3 | 95 | 10 с | — | 40 |
| | 60 | 25 с | FAM, JOE, ROX, Cy5 | |
| | 72 | 25 с | — | |

- Для прибора **iCycler iQ5** в окне **Selected Protocol** модуля **Workshop** нажать кнопку **Create New** или **Edit**. Задать параметры амплификации и сохранить протокол, нажав кнопку **Save&Exit Protocol Editing**. При последующих постановках можно выбрать файл с этой программой в блоке **Protocol** (по умолчанию файлы протоколов сохраняются в папке **Users**).
 - Для прибора **iCycler iQ** выбрать опцию **Edit Protocol** модуля **Workshop**. Задать параметры амплификации (количество циклов, время и температуру циклирования), а в окне справа указать шаг считывания флуоресцентного сигнала: **Cycle 3 – Step 2**. Сохранить протокол, задав имя файла в окне **Protocol Filename** (GKN.tmo) и нажав кнопку **Save this protocol** (в верхней части экрана). При последующих постановках можно выбрать файл с этой программой в закладке **View Protocol** в модуле **Library**. Выбрав или отредактировав нужную программу, назначить ее использование, нажав кнопку **Run with selected plate setup**.
5. Поместить предварительно подготовленные для проведения ПЦР пробирки в модуль в соответствии с заданной схемой.
 6. Запустить выполнение выбранной программы с заданной схемой планшета.
 - Для прибора **iCycler iQ5** перед запуском выполнения программы следует проверить правильность выбранного протокола (**Selected Protocol**) и схемы планшета (**Selected Plate Setup**). Для запуска нажать кнопку **Run**. Выбрать для измерения факторов лунок вариант **Collect Well Factors from Experimental Plate**. Нажать кнопку **Begin Run**, дать название эксперимента (в этом файле будут

- автоматически сохранены результаты данного эксперимента) и нажать **OK**.
- Для прибора **iCycler iQ** перед запуском выполнения программы в окне **Run Prep** следует проверить правильность выбранного имени протокола и схемы планшета. Выбрать для измерения факторов лунок вариант **Experimental Plate** в меню **Select well factor source**. Задать объем реакционной смеси в окне **Sample Volume** – 25 мкл. Для запуска нажать кнопку **Begin Run**, дать название эксперимента (в этом файле будут автоматически сохранены результаты данного эксперимента) и нажать **OK**.
7. После окончания программы приступить к анализу результатов.

Анализ результатов

1. Запустить программу и открыть файл с результатами эксперимента. Для этого:
 - Для прибора **iCycler iQ5** выбрать нужный файл с данными анализа в окне **Data File** модуля **Workshop** и нажать кнопку **Analyze**.
 - Для прибора **iCycler iQ** в модуле **Library** активировать окно **View Post-Run Data**. В окне **Data Files** выбрать нужный файл с данными анализа и нажать кнопку **Analyze Data**.
2. Анализ результатов проводить по каналам FAM, JOE, ROX и Cy5. Результаты обрабатывать для каждого канала по отдельности, активируя кнопку с названием соответствующего флуорофора.
3. В режиме анализа данных **PCR Base Line Subtracted Curve Fit** (выбирается по умолчанию) поочередно для каждого канала установить пороговую линию, двигая ее курсором при нажатой левой кнопке мыши, на уровне 5-10% от максимального значения флуоресцентного сигнала образца **K+**. При этом пороговая линия должна пересекать только S-образные кривые накопления сигнала положительных образцов и контролей на участке характерного экспоненциального подъема флуоресценции, переходящего в линейный подъем, и не пересекать базовую линию.

Примечание – Чтобы выделить график образца «К+» (или другого желаемого образца), установить курсор в схеме планшета либо в таблице результатов.

4. Нажать кнопку **PCR Quant** (iCycler iQ) или кнопку **Results** (iCycler iQ5) и вывести на экран таблицу результатов со значениями *Ct*.

Лист вносимых изменений

| Редакция | Место внесения изменений | Суть вносимых изменений |
|---|---|---|
| 05.04.13 ОМ | Наименование инструкции | Исключен курсив в написании наименований рыб на русском языке |
| | По тексту | «Выделение» заменено на «Экстракция» |
| | | Изменено написание с «ПЦР-смесь-1-FRT Горбуша/Кета/Нерка» на «ПЦР-смесь-1-FRT Горбуша/Кета/Нерка» |
| | | Изменено написание с «ПКО ДНК Горбуша/Кета» на «ПКО ДНК Горбуша/Кета» |
| | | Изменено написание с «ПКО ДНК Нерка/ВК» на «ПКО ДНК Нерка/ВК» |
| | | Исправлена опечатка: <i>gorbusha</i> заменена на <i>gorbuscha</i> |
| | | Отрицательный контроль экстракции заменен с «ОК» на «В-» |
| | | Удалена печать |
| Вариант ПЦР-комплекта изменен с FRT на FRT-50 F | | |
| Общие положения | Добавлены формы комплектации 1 и 2 и формат выпуска FRT | |
| Нижний колонтитул | Каталожный номер VET-43-FRT(RG,iQ) заменен на VET-43-FRT(RG,iQ)-K | |
| 29.07.16 DV | Общие положения, по тексту | «ПЦР-смесь-1-FRT Горбуша/Кета/Нерка» заменена на «ПЦР-смесь- FL Горбуша / Кета / Нерка» |
| | | «ПЦР-буфер-Flu» заменен на «ПЦР-буфер-С» |
| | | «ДНК-буфер» заменен на «К-» |
| | | «ПКО ДНК Горбуша/Кета» заменен на «К+ Горбуша / Кета» |
| | | «ПКО ДНК Нерка/ВК» заменен на «К+ Нерка / ВК» |
| 18.04.18 ЕМ | Приложение 1 | Добавлена информация про ПО FRT Manager, внесены правки в соответствии с шаблоном |
| 24.07.18 PM | По тексту | Форма 1 (ДНК-сорб-С вариант 50, «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F) удалена, Форма 2 перенумерована. Разделы переименованы: «ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ» в «ПРИНЦИП МЕТОДА», «Форматы и формы выпуска тест-системы» в «ФОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ». «МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» в «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ» Разделы расформированы «I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ», Правки по шаблону Изменен формат текста (шрифт увеличен до 16пт; межстрочный интервал уменьшен до 1пт). |
| | Титульный лист | Страница добавлена |
| | Оглавление | Раздел добавлен |
| | Список сокращений | Раздел добавлен |
| | Принцип метода | Раздел актуализирован по шаблону; добавлена таблица с ДНК-мишенями |
| | Меры предосторожности и сведения об утилизации | Раздел актуализирован согласно шаблону |
| | Дополнительные материалы и оборудование | Раздел актуализирован. Добавлена информация о дополнительных материалах для взятия и подготовки |
| | Состав | Раздел актуализирован согласно шаблону. Добавлена информация о том, что реагенты комплекта упакованы отдельно |
| | Проведение ПЦР-исследования | Раздел добавлен |
| | Экстракция ДНК из | Раздел добавлен |

| | | |
|----------------|---|--|
| | исследуемых образцов | |
| | В. Интерпретация результатов | Текст про интерпретацию результатов анализа заменен на таблицу. Добавлена информация в подраздел «Возможные ошибки» о К– |
| | Срок годности. Условия транспортирования и хранения | Срок годности изменен с 12 мес до 15 мес. Добавлена информация о том, что холодильные и морозильные камеры должны обеспечивать регламентированный температурный режим. |
| | Гарантийные обязательства изготовителя | Раздел добавлен |
| | Символы, используемые в печатной продукции | Раздел добавлен |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | Правки в соответствии с шаблоном |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | Правки в соответствии с шаблоном |
| 22.08.19 МА | Состав | Изменен цвет реагента в связи с заменой ОКО в составе |
| 12.03.20 ЕМ | Срок годности. Условия транспортирования и хранения | Удалена фраза о разуконплектации |
| | Гарантийные обязательства изготовителя | Актуализирован электронный адрес |
| 30.04.20 VA | Титульный лист | Добавлена фраза «Только для исследовательских и иных немедицинских целей» |
| | Назначение | Добавлена фраза «не является медицинским изделием» |
| 08.07.20 VA | По тексту | Изменен ВКО STI-87 на ВКО-G |
| | Назначение | Раздел актуализирован в соответствии с шаблоном |
| | Принцип метода | Раздел актуализирован в соответствии с шаблоном |
| | Меры предосторожности | Раздел переработан в соответствии с шаблоном |
| | Сведения об утилизации | Раздел добавлен |
| | Дополнительные материалы и оборудование | Удалено упоминание МУ 1.3.2569-09 |
| | Состав | Изменен ВКО STI-87 на ВКО-G, количество полимеразы (TaqF) с 0,02 мл на 0,03 мл и количество пробирок с 2 на 1 |
| | В. Интерпретация результатов | Раздел актуализирован в соответствии с шаблоном |
| | Приложение 1 | Удалено упоминание FRT Manager |
| 13.04.21 VA | Дополнительные материалы и оборудование | Для п. 21 удалены пробирки для ПЦР к Rotor-Gene объемом 0,1 мл в стрипах |
| | Амплификация с детекцией в режиме «реального времени» | Добавлено уточнение о недопустимости использования стрипованных пробирок объемом 0,1 мл |
| 05.05.21 VA | Сведения об утилизации | СанПиН 2.1.7.2790-10 заменен на СанПиН 2.1.3684-21 |
| | Состав | Изменены объемы реагентов: для ПЦР-смеси-FL Горбуша/Кета/Нерка с 0,3 мл на 0,6 мл и количество пробирок с 2 на 1; для К– с 0,5 мл на 0,2 мл |