



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 декабря 2012 года № ФСЗ 2012/13316

На медицинское изделие

Лабораторные микроцентрифуги MiniSpin с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Эппендорф АГ", Германия,

Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg, Germany

Производитель

"Эппендорф Мануфэктуринг Корпорэйшн", США,

Eppendorf Manufacturing Corporation, 175 Freshwater Blvd, Enfield, CT 06082, USA

Место производства медицинского изделия

Eppendorf Manufacturing Corporation, 175 Freshwater Blvd, Enfield, CT 06082, USA

Номер регистрационного досье № 27999 от 14.08.2012

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4300**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 декабря 2012 года № 2881-Пр/12

и приказом от 25 марта 2017 года № 2526 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0030288

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 декабря 2012 года № ФСЗ 2012/13316

Лист 1

На медицинское изделие

Лабораторные микроцентрифуги MiniSpin с принадлежностями:

Варианты исполнения:

1. MiniSpin.
2. MiniSpin Plus.

Принадлежности:

1. Руководство по эксплуатации центрифуг MiniSpin.
2. Шнур питания.
3. Ротор F-45-12-11 – до 2 шт.
4. Крышка стальная к ротору F-45-12-11 – до 2 шт.
5. Гайка ротора - до 3 шт.
6. Ротор F-55-16-5-PCR.
7. Крышка стальная к ротору F-55-16-5-PCR.
8. Адаптеры для микроцентрифужных пробирок объемом 0,5 мл, по 6 шт. в уп. - не более 2 уп.
9. Адаптеры для пробирок объемом 0,4 мл, по 6 шт. в уп. - не более 2 уп.
10. Адаптеры для ПЦР-пробирок объемом 0,2 мл, по 6 шт. в уп. - не более 2 уп.

Z

Приказом от 25 марта 2017 года № 2526 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0034452